

EDITAL Nº01/2025 – PROCESSO ANÁLOGO AO LICITATÓRIO

A Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei, inscrita no CNPJ 24.729.097/0001-36 localizada na Av. Tiradentes, nº. 389 – Centro – São João Del Rei – MG – CEP: 36.307-346 informa que realizará o processo análogo ao licitatório Nº. 05/2024, modalidade Cotação de Preços, tipo menor preço e técnica, para tanto convida empresas no ramo pertinente a enviarem proposta e documentos de habilitação.

1- DO OBJETO

1.1 - O presente Edital tem por objetivo aquisição de equipamentos para a Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei.

2- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1- 2.1- Os recursos para aquisições dos itens descritos estão assegurados e observarão as disposições com as legislações vigentes e em conformidade com a Resolução Estadual nº 9.483, de 02 de maio de 2024.

3 – DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL

3.1 - o recebimento das propostas se dará das 09h do dia 10/01/2025 às 08h do dia 12/02/2025, conforme horário de Brasília/DF.

3.2 - As empresas participantes deverão encaminhar **SOMENTE A PROPOSTA COMERCIAL COMPLETA** no e-mail santacasasjdrconvenios@gmail.com ou para o endereço Avenida Tiradentes nº 389 – Centro – CEP 36.307-346 – São João del Rei, Minas Gerais – aos Cuidados do Setor de Administração – Isabela de Paula.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/02/2025 às 09h30.

4 – DA FORMA E CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

4.1 - As propostas deverão ser digitadas, com as folhas numeradas sequencialmente, rubricadas, sendo a última folha assinada pelo Titular ou pelo Representante Legal, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, especificando o objeto de forma clara e inequívoca, contendo ainda:

I – Razão social, número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail) da empresa;

II – Nome e CPF do responsável pela proposta;

III – Instrumento público ou particular de procuração, assinada pelo representante legal da empresa e com firma reconhecida em cartório, ou documento que comprove os necessários poderes para formular propostas e praticar todos os demais atos pertinentes ao processo análogo ao licitatório, em nome da empresa;

IV – Referências que bem indiquem o objeto contratado;

V – Prazo de entrega;

VI – Os preços deverão ser cotados em moeda nacional em unidades e totais de cada ITEM, em algarismos e por extenso, devendo neles estarem incluídas todas as despesas, tais como



santacasasjdr



ass.adm.santacasa@gmail.com



santacasadelrei.com.br



32 3379-2000 | Fax: 3379-2051



Av. Tiradentes, 389 - Centro - São João Del Rei - MG - CEP: 36.307-346



Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei - CNPJ 24.729.097/0001-36

impostos, taxas, embalagens, fretes, ICMS, IPI, custo de montagem e demais encargos decorrentes da execução do objeto. Havendo divergências entre os algarismos, prevalecerão os escritos por extenso;

VII – Prazo de validade da proposta, não inferior a **90 (noventa) dias**, contados da data limite para acolhimento das mesmas;

VIII – Descrição completa do produto ofertado, informando suas características técnicas, acessórios, opcionais inclusos etc;

IX – Serão consideradas para julgamento somente duas casas decimais após a vírgula (R\$ 0,00);

X – Caso a Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei entenda ser necessário, poderá ser exigido da empresa vencedora a composição detalhada dos preços ofertados.

5 – DA HABILITAÇÃO

5.1 - A documentação de habilitação da empresa deverá conter, a saber:

I – Ato constitutivo atualizado;

II – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

III – Certidão Negativa de débitos tributários com a Fazenda Estadual;

IV – Certidão Negativa de débitos tributários com a Fazenda Municipal;

V – Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

VI – Certidão Negativa de débitos trabalhistas expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST;

VII – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

VIII – Certidão negativa de falência ou concordata;

IX – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos;

X – Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos;

XI – Alvará Sanitário (ou Licença Sanitária) expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal;

XII – Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme exigido pela Lei Federal nº. 6.360/76 Decreto Federal nº. 8.077/2013 e Lei Federal nº. 9.782/99, quando for cabível;

XIII – Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura da sede do Município da empresa.

XIV – Cópia do registro da ANVISA sobre os equipamentos licitados;



santacasas.dr



ass.diretasantacasa@gmail.com



santacasadelrei.com.br




32 3379-2000 | Fax: 3379-2051



Av. Tiradentes, 389 - Centro - São João del Rei - MG - CEP: 36.307-346



Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei - CNPJ 24.729.097/0001-36



5.2 – Os documentos exigidos neste Processo Análogo ao Licitatório deverão estar com o prazo de validade em vigor na data marcada para abertura e durante toda a vigência contratual.

6 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 - Será vencedora a proposta que for mais vantajosa a Santa Casa da Misericórdia, tendo-se em conta, qualidade, especificação, preço, capacidade técnica e prazo de entrega.

6.2 - As propostas comerciais serão analisadas verificando o atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste edital, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

6.3 – Em caso de empate entre as propostas, a comissão de licitação realizará um sorteio entre as empresas vencedoras.

6.4 - Caso seja constatada qualquer irregularidade relativa à ausência, rasura, validade ou outra, a empresa será sumariamente inabilitada, passando a ser considerada e avaliada a documentação da proponente seguinte.

6.5 - Classificadas as propostas quanto ao preço e identificada à proposta que apresentar o Menor Preço, será solicitada a Documentação de Habilitação conforme item 5.1 para conferência.

6.6 - A empresa declarada vencedora deverá, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, enviar a proposta original e todos os documentos habilitatórios (devidamente autenticados) com prazo vigente, no Setor de Administração da Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei, situado na Avenida Tiradentes nº 389 – Centro – CEP 36307-346 – São João del Rei – Minas Gerais.

6.7- Declarado o resultado da avaliação das propostas, o participante que desejar recorrer deverá fazê-lo em até 03 (três) dias úteis após a divulgação do resultado, por escrito, com a devida fundamentação e documentação hábil, devendo ser enviado por e-mail: santacasasjdrconvenios@gmail.com.

7 - DA FORMA DE PAGAMENTO

7.1- O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento definitivo do objeto constante na Autorização de Compra, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada, desde que atendidas completamente às exigências da Cotação Prévia de nº 07/2024 apresentados os documentos fiscais pertinentes.

7.2 - A Nota fiscal será obrigatoriamente instruída com a respectiva Autorização de Compra devendo discriminar o equipamento cotado conforme anexo descritivo e seu respectivo valor e ainda deverá conter o número do convênio aqui informado, fonte de recursos, o número deste edital.

7.3 - Caso ocorra a não aceitação de qualquer objeto, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após correção pela contratada.

8 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

8.1 – Os pedidos de esclarecimentos sobre o presente Processo Análogo ao Licitatório deverão ser encaminhados exclusivamente pelo e-mail: santacasasjdrconvenios@gmail.com e



santacasasjdr



ass.adm.santacasa@gmail.com



santacasadelrei.com.br



32 3379-2000 | Fax: 3379-2051



Av. Tiradentes, 389 - Centro - São João del Rei - MG - CEP: 36.307-346



Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei - CNPJ 24.729.097/0001-36

identificados com CNPJ, Razão Social, nome do Representante Legal, endereço, e-mail e telefone, até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura das propostas.

8.2 – Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

9- OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

9.1 - A(s) entrega(s) do(s) equipamento(s) e instalação(ões), deverão ocorrer no máximo até 20 (dias) dias após o recebimento da autorização de compra, devendo a entrega, instalação e treinamento para utilização dos equipamentos serem agendadas com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, através dos e-mails: ass.adm.santacasa@gmail.com, isabela.paula@santacasadelrei.com.br,

rafael.avila@santacasadelrei.com.br, podendo ser prorrogado de acordo com as necessidades de ambas as partes mediante solicitação por escrito.

9.2 - O(s) transporte(s) do(s) item(ns) até o(s) local(is), incluindo operação(ões) de carga e descarga e treinamentos de utilização do(s) equipamento(s) deverá(ão) ser providenciado(s) e pago(s) pelo FORNECEDOR.

10- OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1 - Notificar prontamente ao FORNECEDOR, por escrito, quaisquer reclamações surgidas no período de entrega.

11- ITEM E DESCRITIVO

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	AQUECEDOR DE FLUIDOS Equipamento para aquecimento de sangue, produtos à base de sangue e soluções intravenosas. Deve possuir dispositivo indicador da alimentação ou aviso do perfil em aquecimento, da temperatura de infusão (temperatura selecionada), da temperatura atual do sangue/fluido, assim como o tempo de aquecimento destes, bem como de controle de temperatura. Temperatura do aquecedor entre 32 e 42 graus Celsius.	01	R\$ 33.885,00	R\$ 33.885,00
2	BISTURI Bisturi eletrônico para procedimentos MONO e BIPOLARES de médio e grande porte em centro cirúrgico. Equipamento com tecnologia microprocessada. Com reconhecimento da impedância tecidual, o qual deverá manter a potência independentemente do tipo de tecido e curva de potência constante; Indicação digital de potência em watts para todos os modos de operação, com três displays independentes para ajuste digital de potência, com precisão de 01 em 01 watt, através de teclas blindadas no painel frontal a prova de líquidos e de fácil limpeza; Potências máximas para cada função de pelo menos: 300 watts para corte e corte de alta impedância, 03 modos de Blend com potências de 150 watts. 06 modos de coagulação de no mínimo 120 watts e 04 modos de bipolar de no mínimo 100 watts. Função de corte pulsado em todos os modos de corte, específica para procedimentos endoscópicos. Deverá permitir gravação de no mínimo 100 memórias de programação; Duas saídas para funções monopolares acionadas através de pedal duplo e também através de caneta de comando manual duplo. Funções bipolares acionadas através de pedal independente; Seleção automática do tipo de placa (dupla ou simples) com indicador visual da qualidade do contato com o paciente; Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica; Proteção contra temperatura excessiva; Fornecido com os seguintes acessórios: 01 pedal duplo para acionamento dos	05	R\$ 32.640,00	R\$ 163.200,00



santacasasjr

ass.adm.santacasa@gmail.com

santacasadelrei.com.br

32 3379-2000 | Fax: 3379-2051

Av. Tiradentes, 389 - Centro - São João Del Rei - MG - CEP: 36.307-346

Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei - CNPJ 24.729.097/0001 36

	modos monopulares; 01 pedal simples para acionamento dos modos Bipolares; 01 placa de retorno permanente de aço inox e cabo compatível; 01 caneta porta-eletrodos de comando manual duplo (botões de acionamento de corte e coagulação) descartável com conector universal de 3 pinos; 01 caneta porta-eletrodos de comando pedal reutilizável; 01 jogo com 05 eletrodos médicos sendo ponta tipo faca reta; 01 Carro de transporte.			
3	FOTÓFORO Fotóforo LED, Suporte para cabeça com iluminador frontal LED e capacete regulável, Bateria íon de lítio recarregável de alta durabilidade, 01 Transformador (recarregador) bivolt, 01 Protetores de Silicone para o iluminador, 01 Suporte para lupas binoculares, 01 Maleta para transporte - case de alumínio com trava	01	R\$ 5.195,00	R\$ 5.195,00
4	LARINGOSCÓPIO ADULTO Fibra óptica integrada, iluminação led, 03 lâminas curvas, aço inoxidável	02	R\$ 1.666,00	R\$ 3.332,00
5	LARINGOSCÓPIO INFANTIL Fibra Óptica Integrada, Iluminação Led, 03 Lâminas Curvas, Aço Inoxidável	01	R\$ 1.657,00	R\$ 1.657,00
6	MESA AUXILIAR Dimensão 60X40X80CM; Material de aço inoxidável	05	R\$ 723,00	R\$ 3.615,00
7	MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA CENTRO CIRURGICO Com ECG, Respiração, SpO2, PNI, ANALISADOR DE GASES ANESTESICOS, 2 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA, TEMPERATURA E TNM. Monitor e processador em um bloco único com bateria de lítio recarregável, interna e removível através de acesso pelo lado externo do gabinete por tampa exclusiva para este fim. Arquitetura Modular ou mista com os parâmetros de ECG, Respiração, SpO2, análise de gases (O2, CO2, Anestésicos Inalatórios halogenados e Óxido Nitroso), 2 Canais de Pressão Invasiva TNM, PNI, e temperatura deverão ser pré-configurados no monitor ou em módulo único destacável do monitor principal. Capacidade de expansão futura, por inclusão de módulos no gabinete do monitor, já disponíveis comercialmente através de comprovação no manual da ANVISA para os parâmetros de Débito Cardíaco, BIS e EEG. Deve estar preparado para comunicação em rede com central de monitorização da mesma marca, sendo que a central deverá possuir registro próprio na ANVISA. Indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de emergência com baixa carga, tecla liga/desliga para acionamento, Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display. Sistema para apresentação de mensagens funcionais em display, sistema ininterrupto para alarmes visuais. Display digital em cristal líquido colorido de no mínimo 15 polegadas. Tendências de pelo menos 72 (setenta e duas) horas. ECG com exibição na tela de até 3 derivações simultâneas (D1, D2, D3, avr, avl, avf e uma precordial); Frequência Cardíaca com faixa mínima de leitura de 20 a 300 bpm. Temperatura com dois canais simultâneos, faixa mínima de leitura de 25 °C a 43°C, alarmes de máximo e mínimo para temperatura. SpO2 com faixa de leitura mínima de 0 a 100%; Precisão: +/- 2% para faixa de leitura de 70% a 100% de SpO2; Medição de pulso de 30 a 300 bpm; Apresentação da curva plestimográfica; Alarmes: Máximo e mínimo para saturação e para desconexão de sensor, tecnologias compatíveis com Nellcor, Masimo ou Fast . Respiração com medição da respiração pelo método de impedância torácica e faixa de leitura mínima de 1 a 150 rpm com apresentação da curva de respiração. Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Análise de Gases Anestésicos deve ser um equipamento de alta precisão, capaz de detectar e monitorar em tempo real os seguintes gases: oxigênio (O2), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), além dos agentes anestésicos halogenados (isoflurano, sevoflurano, desflurano), método de medição por espectrometria de infravermelho ou outro equivalente, com capacidade de medição simultânea de múltiplos gases, sensor eletroquímico para O2, com compensação automática de pressão barométrica, precisão e Faixas de Medição (Oxigênio (O2): 0-100% com precisão de ±1%, dióxido de Carbono (CO2): 0-10% com precisão de	05	R\$ 48.756,00	R\$ 243.780,00



santacasasjr

ass.adm.santacasa@gmail.com

santacasadelrei.com.br

32 3379-2000 | Fax: 3379-2051

Av. Tiradentes, 389 - Centro - São João Del Rei - MG - CEP: 36.307-346

Santa Casa da Misericórdia de São João del-Rei - CNPJ 24.729.097/0001-36

	±0,2%, óxido Nitroso (N₂O): 0-100% com precisão de ±2%, agentes anestésicos: 0-8% para cada gás, com precisão de ±0,15%), tempo de resposta para todas as medições: ≤ 30 segundos, alarmes visuais e sonoros configuráveis para limites críticos de cada gás, função de alarme de falha de calibração e obstrução na linha de amostragem, exibição simultânea de todos os gases monitorados com valores numéricos e gráficos de tendência, fácil calibração. TNM, Módulo de transmissão Neuromuscular, tipos de estimulações (TOF, TET, DBS, PTC, ST), sensor de aceleração Acelerômetro tridimensional (+ 8G de 10 bits) e estimulação elétrica, corrente de saída constante de 0 a 60mA. A Pressão Invasiva pode estar acoplado na unidade principal ou módulo a parte deve ser um dispositivo de alta precisão, utilizado para monitorar a pressão arterial, venosa, intracraniana e de outros compartimentos corporais por meio de sensores invasivos e fornecer leituras em tempo real, mínimo de 2 canais para medição simultânea de diferentes tipos de pressões (arterial, venosa central, intracraniana, etc.), faixas de Medição: Pressão Arterial Invasiva (PAI): 0 a 300 mmHg, com precisão de ±2%. Pressão Venosa Central (PVC): -10 a +50 mmHg, com precisão de ±2%. Outras pressões corporais: 0 a 100 mmHg, com precisão de ±2%, Conectores compatíveis com os principais transdutores de pressão invasiva disponíveis no mercado, com interface plug-and-play para conexão direta ao monitor multiparâmetro. Alarmes sonoros e visuais para limites de pressão alta e baixa, configuráveis conforme as necessidades clínicas e Alarmes específicos para desconexão do transdutor ou falhas no sistema de medição. Capacidade de exibir gráficos de tendência e curvas de pressão em tempo real. GARANTIA DE 2 ANOS Acessórios que acompanham: 02 cabos de ECG tipo garra padrão IEC 02 Sensores de Oximetria modelo adulto 02 Sensores de Oximetria, reusável, neonatal tipo Y 01 Sensor de Análise de Gases 01 sensor de TNM 01 Cabo para monitorização da Pressão Invasiva 02 Cabos extensores para sensor de SpO₂ 03 Extensões para braçadeira de PNI, reusável, com engate rápido 03 Braçadeiras de PNI, reusável, paciente Pediátrico 03 Braçadeiras de PNI, reusável, paciente Adulto 03 Braçadeiras para Obeso 02 Sensores de temperatura de pele, reusável, 01 Cabo de alimentação padrão ABNT, 3 pinos 01 Bateria de Lítio 01 Cabo de aterramento 01 Manual de Operação			
8	MONITOR RESSONÂNCIA Equipamento dedicado a monitorização de sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais em salas de ressonância magnética de até 3,0T. O equipamento é capaz de medir eletrocardiograma usando módulo de transmissão sem fio, oximetria de pulso usando módulo de transmissão sem fio, pressão arterial não invasiva, capnografia com tecnologia sidestream. Eletrocardiograma: módulo sem fio com capacidade de medição de 4 horas, medição de 6 derivações através de cabo com 4 vias. Ajuste de filtro para detecção precisa de QRS sobre condições RM: monitorização, RM padrão, RM básico e RM modo pesquisa. Faixa de frequência de monitorização de 0,5Hz a 42,5Hz e quando modo RM básico ou RM padrão acionado a banda é de 0,5Hz a 25Hz. Faixa de frequência de 30 a 350bpm, sensibilidade de 0,25; 0,5; 1 e 2 cm/mV, velocidade de registro de 25 e 50mm/s. Oximetria de pulso: módulo sem fio com capacidade de medição de 10 horas através do método foto-espectrometria, possui clip com capacidade de medição em pacientes adulto e pediátrico. Faixa de medição de 0 a 100%, frequência cardíaca lida de 30 a 240bpm e índice de perfusão de 0,1 a 20. Pressão arterial não invasiva: capacidade de leitura em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Método de medição oscilométrico de forma automática ou manual. Capnografia: medição através de sistema sidestream de baixo fluxo. Faixa de medição de 0 a 30%, frequência respiratória lida na faixa de 0 a 100 rpm. Fonte de alimentação: 100 a 240V, 150VA, 50/60Hz.	01	R\$ 461.763,00	R\$ 461.763,00



santacasasjr

ass.adm.santacasa@gmail.com

santacasadelrei.com.br

32 3379-2000 | Fax: 3379-2051

Av. Tiradentes, 389 - Centro - São João Del Rei - MG - CEP: 36.307-346

Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei - CNPJ 24.729.097/0001-36

	Bateria com autonomia de até 8 horas de uso e recarga de até 5 horas. O equipamento possui baias de recarga na traseira permitindo carregar 2 módulos de ECG e 2 módulos de oximetria simultaneamente. O equipamento pode ser operado conectado à rede AC na sala do scanner. Compatibilidade MRI: o equipamento é compatível com scanners de até 3,0T podendo ficar instalado a 50cm do magneto, campo de 5000 Gauss e 4W/kg SAR. Condições gerais: Índice de proteção: IP21; 2 saídas de gatilho podendo ser gatilhado com qualquer scanner do mercado. GARANTIA DE 2 ANOS			
9	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: Material de confecção polipropileno, possuir saco de vinil e kit com mops líquido e pó, placa sinalização, pá e balde espremedor.	05	R\$ 1.434,00	R\$ 7.170,00

Agradecemos desde já a todos os interessados a participarem deste certame.

São João Del Rei, 10 de janeiro de 2025.



Sr. Adriano José Tomaz Teixeira

CRA-MG Nº. 01-058.453/D

Presidente da Comissão de Licitação



santacasasjdr



ass.adm.santacasa@gmail.com



santacasadelrei.com.br



32 3379-2000 | Fax: 3379-2051



Av. Tiradentes, 389 - Centro - São João Del Rei - MG - CEP: 36.307-346



Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei - CNPJ 24.729.097/0001-36

